

白黒透過濃度計 Ihac-T5 校正証明書

第 T5XXXXX 号
XXXXXXXX 株式会社 御中

校正対象 白黒透過濃度計 Ihac-T5 S/N: XXXXXX
校正フィルム 常用基準フィルム T5XX
第 T5XXXXXX号 校正証明書に基づく(校正有効期限:200x年xx月)
検査フィルム 検査基準フィルム T5XX
検査フィルムの公称値 第 T5XXXXXX号 校正証明書の公称値(校正有効期限:200x年xx月)
アパーチャ 3mm、 1mm
校正日 200x年x月x日
校正責任部署 伊原電子工業株式会社 電子機器事業部
社内基準 校正対象を校正フィルムで校正し、検査フィルムを測定する。
その時の測定値と公称値の透過濃度差が、下記の条件を満たしていること。

	STEP1,2,3	STEP4,5	STEP6	STEP7
3mm	±0.02	±0.02	±0.03	±0.2
1mm	±0.02	±0.03	±0.05	±0.3

検査フィルム 測定結果

	3mm			1mm		
	公称値	測定値	差	公称値	測定値	差
STEP1	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP2	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP3	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP4	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP5	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP6	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
STEP7	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

判定 合格

上記校正の結果は事実に相違ないことを証明いたします。
200x年x月x日

愛知県春日井市上田楽町2077
伊原電子工業株式会社